HERAmbiente
Società del Gruppo Hera

HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI s.r.l.
Socio Unico Herambiente S.p.A.

RAPPORTO DI PROVA INTERNO

Rapporto di prova n°: **24LO00765** del **10/06/2024**

TEST DI CESSIONE IN ACQUA (UNI EN 12457-2:2004)

Parametro *Metodo*	UdM	Valore	Limiti
pH *UNI EN ISO 10523:2012*	unità pH	**11,4**	
TEMPERATURA DI MISURA DEL pH *UNI EN ISO 10523:2012*	°C	**19,4**	
CONDUCIBILITA' *UNI EN 27888:1995*	µS/cm	**6810**	
Data lettura metalli		**05/04/24**	
ANTIMONIO *UNI EN ISO 11885:2009*	mg/l	**< 0,02**	
ARSENICO *UNI EN ISO 11885:2009*	mg/l	**< 0,05**	
BARIO *UNI EN ISO 11885:2009*	mg/l	**0,360**	
CADMIO *UNI EN ISO 11885:2009*	mg/l	**< 0,01**	
CROMO *UNI EN ISO 11885:2009*	mg/l	**< 0,05**	
MERCURIO *EPA 6010D:2018 (Vedi Note al Test di Cessione)*	mg/l	**< 0,005**	
MOLIBDENO *UNI EN ISO 11885:2009*	mg/l	**< 0,05**	
NICHEL *UNI EN ISO 11885:2009*	mg/l	**< 0,05**	
PIOMBO *UNI EN ISO 11885:2009*	mg/l	**< 0,05**	
RAME *UNI EN ISO 11885:2009*	mg/l	**< 0,1**	
SELENIO *UNI EN ISO 11885:2009*	mg/l	**0,01**	
ZINCO *UNI EN ISO 11885:2009*	mg/l	**0,38**	
CLORURI *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/l	**130**	
FLUORURI *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/l	**356**	
SOLFATI *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/l	**193**	
DOC *UNI EN 1484:2009*	mg/l	**155**	
TDS *APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003*	mg/l	**5468**	

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%.

Fine del rapporto di prova n° **24LO00765**

RAPPORTO DI PROVA INTERNO